

# 学院实验室安全检查月报

根据学校岁末年初实验室安全自查自纠相关工作要求以及在学院安全工作小组部署下，由实验室安全专员、实验技术人员、和学生安全员组成的检查组（成员：杜如海、李凡、尹冠军、贾海龙、李冰玉）于 2023 年 12 月 29 日 对我院实验室开展了岁末年初实验室安全检查，包括试剂耗材系统使用以及危废处置情况，检查共发现了 7 个不符合项，需进行整改，具体条款和内容如下表：

序号	条款号	问题事实描述	实验室
1	6.2.2	垃圾堆积、灰尘堆积	致知楼 3643、3230
2	6.3	仪器摆放杂乱、杂物堆积	致知楼 3643、3603
3	6.3	窗帘掉落、柜门掉落、椅子破损	致知楼 3643
4	9.5	药品柜未按规定上锁、化学试剂使用完未归位	致知楼 3230
5	9.5	药品柜通风差	致知楼 3229
6	6.1	空调故障，不制冷	致知楼 3004、3005、3051
7	6.3	门锁损坏，无法关闭	致知楼 3004、3007

各实验室负责人、安全员应高度重视，对照本次通报的隐患问题，举一反三，逐条进行整改。同时规范“试剂耗材系统”使用，进一步规范化学药品、低值耗材的采购和使用，切实加强岁末年初实验室安全管理工作，确保校园安全稳定。

物理学与信息技术学院实验办

2023 年 12 月 29 日